



Серія АА

ЛІЦЕНЗІЯ

№ 001900

№ **ОВ 070075**

ДЕРЖАВНА ІНСПЕКЦІЯ ЯДЕРНОГО РЕГУЛЮВАННЯ УКРАЇНИ

Ідентифікаційний код 21721086

Видана

**КОМУНАЛЬНОМУ НЕКОМЕРЦІЙНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «МІСЬКА
ПОЛІКЛІНІКА № 25» ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
/КНП «МП № 25» ХМР/**

61050, Харківська обл., місто Харків, вулиця Руставелі, 14

(найменування, місцезнаходження юридичної особи або провінція зг'я та по батькові громадянина-підприємця, місце проживання)

Ідентифікаційний код юридичної особи

02003445

На право провадження діяльності

**використання джерел іонізуючого
випромінювання**

Місце провадження діяльності

(вид діяльності)
**Харківська обл., місто Харків,
вулиця Руставелі, 14**

(адреса місця провадження діяльності суб'єкта або адреси його територіально відокремлених підрозділів, за якими провадиться діяльність)

Перелік документів, на підставі яких прийнято рішення про видачу ліцензії

згідно з розділом 1

Технологічні процеси або види господарської діяльності, в яких використовуються джерела іонізуючого випромінювання

діагностична радіологія

Умови провадження діяльності

згідно з розділом 2

Перелік посадових осіб, до службових обов'язків яких належить здійснення організаційно-розпорядчих функцій, пов'язаних із забезпеченням радіаційної безпеки

згідно з розділом 3

Дата видачі ліцензії

" **13** " **травня** 2009 р.

Дата переоформлення ліцензії

" **30** " **липня** 2019 р.

Строк дії ліцензії

з " **13** " **травня** 2009 р. по " **13** " **травня** 2024 р.

Заступник Голови



Р. ТРІПАЙЛО

Ліцензія переоформлена на новому бланку з урахуванням змін:

від 13 квітня 2011 р.;

від 25 квітня 2012 р., строк дії ліцензії продовжено на 5 років (до 13.05.2017);

від 27 квітня 2013 р.;

від 16 березня 2016 р.;

від 12 травня 2017 р., строк дії ліцензії продовжено на 7 років (до 13.05.2024);

від 30 липня 2019 р.

Заступник Голови



Р. ТРИПАЙЛО

ВНЕСЕННЯ ЗМІН:

Зміна № 1 внесена 12.10.2022.

**Виконуючий обов'язки Голови –
Головного державного інспектора
з ядерної та радіаційної безпеки України**



Олег КОРІКОВ

Зміна № 2 внесена 21.06.2024. Строк дії ліцензії продовжено на 7 років (до 13.05.2031).

**Голова – Головний державний інспектор
з ядерної та радіаційної безпеки України**



Олег КОРІКОВ



Діяльність з використання джерел іонізуючого випромінювання /ДІВ/ має здійснюватися ліцензіатом згідно з Вимогами та умовами безпеки (ліцензійними умовами) провадження діяльності з використання ДІВ, затвердженими наказом Держатомрегулювання від 02.12.2002 № 125, зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 17.12.2002 за № 978/7266.

Розділ 1. Перелік документів, на підставі яких прийнято рішення про видачу ліцензії

- 1.1. Заяви № 179 від 20.03.2009 (вх. Східної держінспекції № 312 від 20.03.2009) про отримання ліцензії, № 199 від 22.02.2011 (вх. Східної держінспекції № 348 від 22.02.2011), № 554 від 06.04.2012 (вх. Східної держінспекції № 620 від 06.04.2012), № 271 від 19.02.2013 (вх. Східної держінспекції № 562 від 06.03.2013), № 29/4-138 від 15.02.2016 (вх. Східної держінспекції № 450 від 17.02.2016), № 01/0.26-287 від 31.03.2017 (вх. Східної держінспекції № 579 від 21.04.2017) про внесення змін до ліцензії, № 01/0.33-482/0/536-19 від 22.04.2019 (вх. Держатомрегулювання № Л 661 від 31.05.2019) про переоформлення та внесення змін до ліцензії та подані разом з ними документи.
- 1.2. Акт інспекційного обстеження стану радіаційної безпеки від 19.07.2019 № АІО-201/39.
- 1.3. Рішення Ліцензійної комісії Держатомрегулювання (протокол від 13.05.2009 № 19/2009).
- 1.4. Рішення Ліцензійної комісії Східної держінспекції (протоколи від 13.04.2011 № 10/2011, від 25.04.2012 № 06/2012, від 25.04.2013 № 06/2013).
- 1.5. Наказ Східної держінспекції від 16.03.2016 № 04-Л «Про прийняття рішень щодо ліцензування».
- 1.6. Накази Держатомрегулювання від 12.05.2017 № 171 «Про рішення щодо ліцензування», від 30.07.2019 № 330 «Про рішення щодо ліцензування».

Розділ 2. Умови провадження діяльності

2.1. Цією ліцензією дозволяється використання ДІВ – пристроїв, що генерують рентгенівське випромінювання, в межах зазначених нижче параметрів:

- 1) рентгеноскопічна система FLEXAVISION, максимальна прискорювальна напруга 150 кВ;
- 2) комплекс рентгенівський діагностичний КРД-50 «INDIAscan», максимальна прискорювальна напруга 125 кВ;
- 3) комплекс рентгенівський діагностичний стаціонарний РУМ-20, максимальна прискорювальна напруга 125 кВ;
- 4) рентгенівський діагностичний комплекс «МЕДИКС», максимальна прискорювальна напруга 150 кВ.

При цьому дозволяються такі види робіт з ДІВ:

- зазначеними у підпунктах 1-2: експлуатація та зберігання;
зазначеними у підпунктах 3-4: зберігання.

Розділ 3. Перелік посадових осіб, до службових обов'язків яких належить здійснення організаційно-розпорядчих функцій, пов'язаних із забезпеченням радіаційної безпеки

- 3.1. Лікар-рентгенолог Уделько Вікторія Володимирівна – особа, до службових обов'язків якої належить здійснення організаційно-розпорядчих функцій, пов'язаних із забезпеченням радіаційної безпеки /наказ від 08.04.2019 № 01/0.40-106/0/557-19/.

Начальник Східної інспекції
Держатомрегулювання

ЗМІНА № 1

1. Перелік документів, на підставі яких прийнято рішення про внесення змін до ліцензії:

- 1.1. Заява від 29.08.2022 № 633/0/536-22 (вх. Держатомрегулювання від 31.08.2022 № Л 949) та подані разом з нею документи.
- 1.2. Наказ Держатомрегулювання від 12.10.2022 № 603 «Про рішення щодо ліцензування».

2. Зміни, що вносяться до ліцензії:

- 2.1. У розділі 2:
у пункті 2.1:

підпункт 3 частини першої викласти у такій редакції:

«3) система рентгенівська діагностична New Oriental 1000 CE, максимальна прискорювальна напруга 150 кВ, 1 од., 1 поверх, кабінет флюорографії»;
частину другу викласти у такій редакції:

«При цьому дозволяються такі види робіт з ДІВ, зазначеними у підпунктах:

- 1-2: експлуатація та зберігання;
- 3: отримання (придбання) та зберігання;
- 4: зберігання.»;

доповнити пунктами 2.2, 2.3 такого змісту:

«2.2. Ліцензіату дозволяється експлуатація ДІВ, зазначених у підпунктах 3-4 пункту 2.1, після підтвердження спроможності дотримуватися умов провадження заявленого виду діяльності та внесення відповідних змін до ліцензії.

2.3. Ліцензіат забезпечує реєстрацію придбаних ДІВ відповідно до Порядку державної реєстрації джерел іонізуючого випромінювання, здійснення контролю та ведення обліку індивідуальних доз опромінення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16.11.2000 № 1718.».

- 2.2. На титульному аркуші графу «Перелік посадових осіб, до службових обов'язків яких належить здійснення організаційно-розпорядчих функцій, пов'язаних із забезпеченням радіаційної безпеки» виключити.

- 2.3. Розділ 3 виключити.

Виконуючий обов'язки Голови –
Головного державного інспектора
з ядерної та радіаційної безпеки України



Олег КОРІКОВ

12.10.2022

ЗМІНА № 2

1. Перелік документів, на підставі яких прийнято рішення про внесення змін до ліцензії:

- 1.1. Заява від 18.04.2024 № 491/0/536-24 (вх. Держатомрегулювання від 25.04.2024 № Л 450) та подані разом з нею документи.
- 1.2. Наказ Держатомрегулювання від 21.06.2024 № 670 «Про рішення щодо ліцензування».

2. Зміни, що вносяться до ліцензії:

- 2.1. Строк дії ліцензії продовжено на 7 років (до 13.05.2031).

Голова – Головний державний інспектор
з ядерної та радіаційної безпеки України



Олег КОРІКОВ

21.06.2024

Заступник директора Департаменту з безпеки радіаційних
технологій та поводження з РАВ – начальник відділу безпеки
ДІВ – державний інспектор

Антоніна МИШКОВСЬКА