

ОБҐРУНТУВАННЯ

технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

(оприлюднюється на виконання постанови Кабінету Міністрів України № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів» (із змінами))

Найменування замовника: КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО «МІСЬКА ПОЛІКЛІНІКА №25» ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Місцезнаходження замовника: 61050, Україна, Харківська область, місто Харків, вулиця Руставелі, будинок 14

Ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань: 02003445

Категорія замовника: у відповідності до пункту 3 частини четвертої статті 2 Закону України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 № 922-VIII (із змінами): підприємства, установи, організації, зазначені у пункті 3 частини першої статті 2 Закону (юридичні особи, які є підприємствами, установами, організаціями (крім тих, які визначені у пунктах 1 і 2 частини першої статті 2 Закону) та їх об'єднання, які забезпечують потреби держави або територіальної громади, якщо така діяльність не здійснюється на промисловій чи комерційній основі)

Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності): Лабораторні реактиви для аналізатора з «закритою системою»: Лізуючий реагент Diatro Lyse-Diff з апаратним ключем або еквівалент (НК 031:2024: W0103010105 – CBC-реактиви (розчини для очистки/розведення/лізування/проточні рідини), ДК 021:2015: 33696200-7 – Реактиви для аналізів крові, НК 024:2023: 61165 – Реагент для лізису клітин крові IVD (діагностика in vitro)); Очищуючий розчин Diatro Cleaner або еквівалент (НК 031:2024: W0103010105 – CBC-реактиви (розчини для очистки/розведення/лізування/проточні рідини), ДК 021:2015: 33696500-0 – Лабораторні реактиви, НК 024:2023: 63377 – Засіб для очищення приладу/аналізатора IVD (діагностика in vitro)); Ділюент Diatro Dil-DIFF або еквівалент (НК 031:2024: W0103010105 – CBC-реактиви (розчини для очистки/розведення/лізування/проточні рідини), ДК 021:2015: 33696500-0 – Лабораторні реактиви, НК 024:2023: 58237 – Буферний розчинник зразків IVD (діагностика in vitro), автоматичні/напівавтоматичні системи) (ДК 021:2015: 33690000-3 – Лікарські засоби різні)

Процедура закупівлі: Відкриті торги. Відповідно до вимог Закону України «Про публічні закупівлі» (далі – Закон) з урахуванням положень постанови Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 р. № 1178 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування» (далі – Особливості)

Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель: UA-2026-01-15-006299-a

Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: Одними з основних завдань замовника є, зокрема, забезпечення доступності та задоволення потреб населення у своєчасній та кваліфікованій амбулаторній допомозі. Очікувана вартість предмета закупівлі обрахована виходячи з наступного. Спочатку було визначено потребу у товарі: Лабораторні реактиви для аналізатора з «закритою системою»: Лізуючий реагент Diatro Lyse-Diff з апаратним ключем або еквівалент (НК 031:2024: W0103010105 – CBC-реактиви (розчини для очистки/розведення/лізування/проточні рідини), ДК 021:2015: 33696200-7 – Реактиви для аналізів крові, НК 024:2023: 61165 – Реагент для лізису клітин крові IVD (діагностика in vitro)); Очищуючий розчин Diatro Cleaner або еквівалент (НК 031:2024: W0103010105 – CBC-реактиви (розчини для очистки/розведення/лізування/проточні рідини), ДК 021:2015: 33696500-0 – Лабораторні реактиви, НК 024:2023: 63377 – Засіб для очищення приладу/аналізатора IVD (діагностика in vitro)); Ділюент Diatro Dil-DIFF або еквівалент (НК 031:2024: W0103010105 –

СВС-реактиви (розчини для очистки/розведення/лізування/проточні рідини), ДК 021:2015: 33696500-0 – Лабораторні реактиви, НК 024:2023: 58237 – Буферний розчинник зразків IVD (діагностика in vitro), автоматичні/ напіваавтоматичні системи) (ДК 021:2015: 33690000-3 – Лікарські засоби різні), що здійснювалося на основі фактичного використання лабораторних реактивів на підприємстві у попередніх роках та з урахуванням потреби замовника задля виконання умов за договорами про медичне обслуговування населення за Програмою медичних гарантій щодо надання медичних послуг в 2026 році. Потім було сформовано та визначено опис предмета закупівлі із зазначенням технічних і якісних характеристик. Розрахунок очікуваної вартості предмета закупівлі здійснено методом порівняння ринкових цін відповідно до Методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, яка затверджена наказом комунального некомерційного підприємства «Міська поліклініка № 25» Харківської міської ради від 29.04.2020 № 01/0.40-130/0/557-20 на основі Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275 (із змінами). З цієї метою було направлено письмові запити комерційних (цінових) пропозицій до надавачів послуг, що є предметом закупівлі, а саме до: ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ ШЕВЦОВА ЯНІНА ОЛЕКСАНДРІВНА, ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ КОНОЗ ТЕТЯНА АЛЬБЕРТІВНА, ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДІАМЕБ КИЇВ». Замовником було отримано відповіді на вищезазначені запити комерційних (цінових) пропозицій щодо вартості на товари, що є предметом закупівлі, від трьох постачальників, а саме від:

– ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ ШЕВЦОВА ЯНІНА ОЛЕКСАНДРІВНА, вартість пропозиції за предметом закупівлі – 490 435,00 грн без ПДВ;
– ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ КОНОЗ ТЕТЯНА АЛЬБЕРТІВНА, вартість пропозиції за предметом закупівлі – 521 170,00 грн без ПДВ;
– ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДІАМЕБ КИЇВ», вартість пропозиції за предметом закупівлі – 506 700,00 грн з ПДВ.

Очікувану вартість предмета закупівлі, було визначено як середньоарифметичне значення масиву отриманих даних. Середньоарифметичне значення очікуваної вартості предмета закупівлі за розрахунком складає: 506 101,67 грн з ПДВ

Розмір бюджетного призначення або очікувана вартість предмета закупівлі: 506 101,67 грн з ПДВ. Закупівля здійснюється відповідно затвердженого Фінансового плану на 2026 рік. Джерело фінансування закупівлі: власний бюджет (кошти від господарської діяльності підприємства) – кошти Національної служби здоров'я України. Закупівля здійснюється не за бюджетні кошти

Строк поставки товарів: до 31 грудня 2026 року

Місце поставки товарів: 61050, Україна, Харківська область, місто Харків, вулиця Руставелі, будинок 14

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі: Технічні та якісні характеристики визначені з урахуванням потреб замовника для проведення лабораторних досліджень на аналізаторі з «закритою системою» та виконання умов договорів про медичне обслуговування населення за Програмою медичних гарантій щодо надання медичних послуг укладеними з Національною службою здоров'я України. Тобто на аналізаторі який працює тільки на «рідних» лабораторних реактивах виробника приладу, без можливості використання лабораторних реактивів інших виробників.

Загальні вимоги:

1. Термін придатності на момент поставки товару повинен становити не менше 70% від терміну придатності, встановленого виробником.
2. Можливість поставки товару партіями або поштучно, відповідно до потреб замовника.
3. Товар повинен постачатися силами, транспортом, що забезпечує якість і зберігання товару при транспортуванні, з його розвантаженням за місцем поставки товару, та за рахунок учасника.
4. Товар повинен передаватися в упаковці, яка відповідає характеру товару, забезпечує цілісність товару, збереження його якості під час транспортування згідно з правилами перевезення відповідної категорії товару. Упаковка не повинна бути деформована або пошкоджена.

5. Товар, запропонований учасником, повинен бути належним чином задекларований (зареєстрований) в Україні.

6. Місце поставки товару: 61050, Україна, Харківська область, місто Харків, вулиця Руставелі, будинок 14.

7. Строк поставки товару: до 31 грудня 2026 року.

Для виконання поставлених завдань та функцій, з метою надання своєчасної та кваліфікованої амбулаторної допомоги, встановлена кількість предмета закупівлі та відповідні медико-технічні характеристики товару в умовах відкритих торгів згідно із Законом України «Про публічні закупівлі» з урахуванням постанови Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 р. № 1178 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування» (із змінами):

№ з/п	Найменування товару (назва номенклатурної позиції предмета закупівлі)	Одиниця виміру	Кількість	Медико-технічні характеристики товару, встановлені замовником
1	Лізуючий реагент Diatro Lyse-Diff з апаратним ключем або еквівалент	штука	30	Лізуючий реагент повинен являти собою стабілізований і мікрофільтрований лізуючий реагент для стромолізу еритроцитів (RBC), кількісного визначення лейкоцитів (WBC), 3-складової диференціації лейкоцитів (LYM, MID, GRAN) і визначення концентрації гемоглобіну (HGB) в зразках крові людини на гематологічному аналізаторі Diatron. Інгрєдєнти повинні відповідати: ПАР < 3.5%, буфери < 1.0%, консерванти < 0.5%, стабілізатори у неіонізованій воді < 0.5%. Фасування: 1 л
2	Очищуючий розчин Diatro Cleaner або еквівалент	штука	13	Очищуючий реагент повинен являти собою стабілізований і мікрофільтрований розчин детергенту для регулярного автоматизованого очищення, ополіскування та промивки капілярів, трубок і камер гематологічного аналізатора, видалення компонентів осаду крові і ліпопротеїнових відкладень на гематологічному аналізаторі Diatron. Інгрєдєнти повинні відповідати: детергенти < 1.0%, буфери < 1.0%, консерванти < 0.5%, стабілізатори у неіонізованій воді < 0.5%. Фасування: 5 л
3	Ділюєнт Diatro Dil-DIFF або еквівалент	штука	58	Ділюєнт повинен являти собою буферизований, стабілізований і мікрофільтрований електролітний розчин для автоматичного розведення зразків крові людини, якісного і кількісного визначення еритроцитів (RBC), лейкоцитів (WBC) і субпопуляцій лейкоцитів, тромбоцитів (PLT) і вимірювання концентрації гемоглобіну (HGB) на гематологічному аналізаторі Diatron. Інгрєдєнти повинні відповідати: хлорид натрію < 1.5%, буфери < 1.0%, консерванти < 0.5%, стабілізатори у неіонізованій воді < 0.5%. Фасування: 20 л